

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek ¹ (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház

Postai cím: Szent István utca 68.

Város: Nyíregyháza

Postai irányítószám: 4400

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:

Magas tudású lélegeztető gépek beszerzése (intenzív osztályra) az ÁEEK_NEAK_EMMI-2017/1. pályázat keretében

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:

Az alábbi eszközök szállítása, beszerelése, rendeltetésszerű használatra alkalmas módon történő üzembe helyezése a Kbt. 8. §-a alapján, továbbá a kezelő személyzet betanítása:

Eszköz megnevezése:	Mennyiség:
Magas tudású lélegeztető gép (intenzív osztályra)	4 db

A berendezés(ek) kezelésére vonatkozó maximum 60 óra időtartamú oktatásnak az átvételi eljárás keretében kell megtörténnie. A teljesítés továbbá magában foglalja az üzembe helyezési – mérési (ahol releváns) jegyzőkönyv felvételét, a kezelőszemélyzet betanítását rögzítő jegyzőkönyv felvételét, valamint a felhasználói kézikönyvek, használati utasítások átadását magyar nyelven, nyomtatott formában.

Az előírt műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumban (a továbbiakban: „Dokumentáció”) kerültek részletezésre. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy az eljárást megindító felhívásban, valamint a „Dokumentáció”-ban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Második rész, XV. fejezet

IV.1.2) Az eljárás fajtája: Kbt. 81. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárás

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:-

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:-

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel ²

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: ¹ 2018/S 001-000214

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: ¹ 19481/2017

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 026-056597

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1902/2018

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: ² -

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: ² -

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka: ² -

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:-

V. szakasz: Az eljárás eredménye ¹

A szerződés száma: ☐ Rész száma: ² ☐ Elnevezés:

Határozott idejű adásvételi szerződés keretében magas tudású lélegeztető gépek beszerzése (intenzív osztályra) ÁEEK_OEP_EMMI-2017/1. pályázat keretében

Az eljárás eredményes volt x igen ☐ nem

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ ²

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

☐ A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették.

Az eredménytelenség indoka:

☐ A szerződés megkötését megtagadták

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás ☐ igen ☐ nem

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők ²

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők ²

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: ²

V.2 Az eljárás eredménye ²

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve: Anamed Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1144 Budapest, Kőszeg u. 29.

Adószáma: 10737956-2-42

Alkalmasságának indokolása: Ajánlattevő a tárgyi közbeszerzési eljárásban határidőben benyújtott ajánlatában csatolt, illetve a hiánypótlása során benyújtott nyilatkozatok, valamint az Ajánlatkérő felhívására határidőben benyújtott igazolások és az igazolások tekintetében benyújtott felvilágosítása alapján az Ajánlattevő a tárgyi közbeszerzési eljárásban érvényes ajánlatot tett, továbbá megfelelően igazolta, hogy nem áll a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében rögzített kizáró okok hatálya alatt és alkalmas a szerződés teljesítésére

Az Ajánlattevő ajánlatának az értékelési szempont szerinti tartalmi elemei

1.	Ajánlati (össz)ár (nettó Ft)	nettó 29.816.000,- Ft
2.	Magas tudású lélegeztető gépek műszaki paraméterei	
2.1.	Csúcsáramlás min. 180 l/perc (Respirátor)(Kérjük megadni! Előny a nagyobb értékl)(240 l/perc: 10 pont; 180 l/perc: 0 pont)	240 l/perc

2.2.	Felnőtt és gyermek beteg légzési állapotához (compliance, resistance, trigger aktivitás) – mind kontrolláltan lélegeztetett, mind spontán támogatott beteg esetén – ciklusról ciklusra komplexen igazodó üzemmód, a paraméterek (ciklusindítás, frekvencia, volumen, belégzési nyomás, I:E) automatikus kiszámítása és alkalmazása kezelői beavatkozás nélkül, a lélegeztetés során folyamatosan (Lélegeztetési módok) (Kérjük megadni! Előny a megléte! Igen: 10pont; Nem: 0 pont)	Igen
2.3.	Felnőtt és gyermek, kontrollált és spontán légvételének folyamatos PEEP és FiO ₂ szabályozása az optimális oxigenizáció érdekében a perifériás pulzushullám és a szaturáció alapján, kezelői beavatkozás nélkül (Lélegeztetési módok) (Kérjük megadni! Előny a megléte! Igen: 10pont; Nem: 0 pont)	Igen
2.4.	Felnőtt és gyermek, kontrollált és spontán légvételének (nyomás/térfogat és frekvencia) folyamatos (ciklusról ciklusra) szabályozása az optimális ventiláció (CO ₂ elimináció) érdekében a kilégzésvégi CO ₂ alapján, kezelői beavatkozás nélkül (Lélegeztetési módok) (Kérjük megadni! Előny a megléte! Igen: 10pont; Nem: 0 pont)	Igen
2.5.	Nyomás trigger min. tartomány: -15 – -0,5H ₂ Ocm (Lélegeztetési paraméterek beállítási tartományai) (Kérjük megadni! Előny a megléte! Igen: 10pont; Nem: 0 pont)	Igen
2.6.	Komplex, grafikus, a beteg állapot kijelző, a lélegeztetőtől való függés grafikus megjelenítésére, ventiláció, CO ₂ elimináció, spontán aktivitás jellemzésére (Monitorozott paraméterek) (Kérjük megadni! Előny a megléte! Igen: 10pont; Nem: 0 pont)	Igen
2.7.	Beteg aktuális légzési paramétereinek tüdőszimbólummal való ábrázolása: compliance, légúti ellenállás, légzési frekvencia, spontán aktivitás (Monitorozott paraméterek) (Kérjük megadni! Előny a megléte! Igen: 10pont; Nem: 0 pont)	Igen

V.2.3) Az ajánlatok értékelése ²

(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszerpont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámok a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.)

		Anamed Kft. (1144 Budapest, Kőszeg u. 29.)	
Az értékelés részszerpontjai (adott esetben alszerpontjai is)	A részszerpontok súlyszámai (adott esetben az alszerpontok súlyszámai is)	Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
1. Ajánlati (össz)ár (nettó Ft)	130	10	1300
2. Magas tudású lélegeztető gépek műszaki paraméterei:			
2.1. Csúcsáramlás min. 180 l/perc (Respirátor)(Kérjük megadni! Előny a nagyobb érték! 240 l/perc: 10 pont; 180 l/perc: 0 pont)	5	10	50
2.2. Felnőtt és gyermek beteg légzési állapotához (compliance, resistance, trigger aktivitás) – mind kontrolláltan	5	10	50

lélegeztetett, mind spontán támogatott beteg estén – ciklusról ciklusra komplexen igazodó üzemmód, a paraméterek (ciklusindítás, frekvencia, volumen, belégzési nyomás, I:E) automatikus kiszámítása és alkalmazása kezelői beavatkozás nélkül, a lélegeztetés során folyamatosan (Lélegeztetési módok) (Kérjük megadni! Előny a meglétel Igen: 10pont; Nem: 0 pont)			
2.3. Felnőtt és gyermek, kontrollált és spontán légvételének folyamatos PEEP és FiO ₂ szabályozása az optimális oxigenizáció érdekében a perifériás pulzushullám és a szaturáció alapján, kezelői beavatkozás nélkül (Lélegeztetési módok) (Kérjük megadni! Előny a meglétel Igen: 10pont; Nem: 0 pont)	30	10	300
2.4. Felnőtt és gyermek, kontrollált és spontán légvételének (nyomás/térfogat és frekvencia) folyamatos (ciklusról ciklusra) szabályozása az optimális ventiláció (CO ₂ elimináció) érdekében a kilégzésvégi CO ₂ alapján, kezelői beavatkozás nélkül (Lélegeztetési módok) (Kérjük megadni! Előny a meglétel Igen: 10pont; Nem: 0 pont)	30	10	300
2.5. Nyomás trigger min. tartomány: -15 – -0,5H ₂ Ocm (Lélegeztetési paraméterek beállítási tartományai) (Kérjük megadni! Előny a meglétel Igen: 10pont; Nem: 0 pont)	5	10	50
2.6. Komplex, grafikus, a beteg állapot kijelző, a lélegeztetőtől való függés grafikus megjelenítésére, ventiláció, CO ₂ elimináció, spontán aktivitás jellemzésére (Monitorozott paraméterek) (Kérjük megadni! Előny a meglétel Igen: 10pont; Nem: 0 pont)	5	10	50
2.7. Beteg aktuális légzési paramétereinek tüdőszimbólummal való ábrázolása: compliance, légúti ellenállás, légzési frekvencia, spontán aktivitás (Monitorozott paraméterek) (Kérjük megadni! Előny a meglétel Igen: 10pont; Nem: 0 pont)	5	10	50
Összesített pontszám:			2150
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:² 0-10			

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszerzőpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a pontszámok közötti pontszámot: ²

1. Ajánlati (össz)ár – Súlyszám: 130

2. Magas tudású lélegeztető gépek műszaki paraméterei – Súlyszám: 85

1) AJÁNLATI (ÖSSZ)ÁR:

	Értékelési részszerzőpont	Súlyszám
1.	Ajánlati (össz)ár (nettó HUF)	130

Az ajánlati (össz)árral szembeni követelmények:

Ajánlattevők megajánlásukat nettó formában, forintban kötelesek meghatározni, úgy, hogy az tartalmazza az ajánlati felhívásban, a műszaki leírásban és a további közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek mellett valamennyi feladat ellátásával kapcsolatos összes költséget függetlenül azok formájától és forrásától.

Az ajánlati (össz)ár szempontjára tett megajánlásnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalnia minden Ajánlattevői kifizetési igényt. Az Ajánlattevőnek valamennyi olyan költséggel számolnia kell, amely feladatainak eredményfelelős ellátásával összefüggésben felvetődhet.

Az ajánlati (össz)ár szempontjára nézve az ajánlatban megadott díjnak fix díjnak kell lennie, azaz az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.

Az ajánlati (össz)ár szempontjára tett megajánlásnak tartalmaznia kell a szerződés időtartama alatt esetleges árváltozásból eredő kockázatot és hasznát is.

Az ajánlati (össz)ár szempontjára tett megajánlást a szerződéstervezetben foglaltak figyelembevételével kell megtenni.

A módszer ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a fenti pontszámok közötti pontszámot az 1. szerzőpontok esetében:

A legkedvezőbb (legalacsonyabb összegű) megajánlás kapja a maximális pontszámot, a többi megajánlás ehhez képest arányosan kevesebb pontot kap.

Az értékelés során a részszerzőpont esetében adható **pontszám alsó határa: 0 pont; felső határa: 10 pont**, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.

Az 1. részszerzőpont vonatkozásában Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napján kiadott, a **nyertes Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szerzőpontrendszer alkalmazásáról** szóló útmutatójának (K.É. 2016. évi 147. szám) VI. 1. sz. melléklet

A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat.

Ezen módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorításra, Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyre kerekít.

Amennyiben valamennyi, vagy több ajánlat ugyanolyan megajánlást tartalmaz, úgy azon részszerzőpont tekintetében valamennyi azonos ajánlat azonos pontszámot kap.

A fordított arányosítás képlete:

$$\frac{P - P_{\min}}{P_{\max} - P_{\min}} = \frac{A_{\text{legjobb}}}{A_{\text{vizsgált}}}$$

azaz

$$P = \frac{A_{\text{legjobb}}}{A_{\text{vizsgált}}} (P_{\max} - P_{\min}) + P_{\min}$$

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szerzőpontra vonatkozó pontszáma

P_{max}: a pontskála felső határa

P_{min}: a pontskála alsó határa

A_{legjobb}: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A_{legrosszabb}: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme

A_{vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

2. MAGAS TUDÁSÚ LÉLEGEZTETŐGÉPEK MŰSZAKI PARAMÉTEREI:

	Értékelési részszerpont	Súlyszám
2.	Magas tudású lélegeztető gépek műszaki paraméterei	85

A Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást vagy költséget tartalmazó értékelési szemponton vagy alszerponton **kívüli értékelési szempontokkal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban** az eljárást megindító felhívásban jogosult meghatározni az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalatokra egyaránt az értékelési pontszám felső határával azonos számú pontot ad.

Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek minősíti azokat az ajánlatokat, amelyek nem felelnek meg a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok, különösen a műszaki leírás feltételeinek.

Aránytalan vállalatot tartalmazó ajánlati elem esetén az ajánlati elem vonatkozásában a Kbt. 72. §-a szerint jár el Ajánlatkérő. Nem teljesíthető vagy Ajánlatkérő által a teljesítés során nem érvényesíthető megajánlások nem tehetők a szakmai ajánlatban.

	Értékelési részszerpont - alszerpontok	Súlyszám
2.	Magas tudású lélegeztető gépek műszaki paraméterei	85
2.1.	Csúcsáramlás min. 180 l/perc (Respirátor)(Kérjük megadni! Előny a nagyobb értékl 240 l/perc: 10 pont; 180 l/perc: 0 pont)	5
2.2.	Felnőtt és gyermek beteg légzési állapotához (compliance, resistance, trigger aktivitás) – mind kontrolláltan lélegeztetett, mind spontán támogatott beteg esetén – ciklusról ciklusra komplexen igazodó üzemmód, a paraméterek (ciklusindítás, frekvencia, volumen, belégzési nyomás, I:E) automatikus kiszámítása és alkalmazása kezelői beavatkozás nélkül, a lélegeztetés során folyamatosan (Lélegeztetési módok) (Kérjük megadni! Előny a meglétel Igen: 10pont; Nem: 0 pont)	5
2.3.	Felnőtt és gyermek, kontrollált és spontán légvételének folyamatos PEEP és FiO ₂ szabályozása az optimális oxigenizáció érdekében a perifériás pulzushullám és a szaturáció alapján, kezelői beavatkozás nélkül (Lélegeztetési módok) (Kérjük megadni! Előny a meglétel Igen: 10pont; Nem: 0 pont)	30
2.4.	Felnőtt és gyermek, kontrollált és spontán légvételének (nyomás/térfogat és frekvencia) folyamatos (ciklusról ciklusra) szabályozása az optimális ventiláció (CO ₂ elimináció) érdekében a kilégzésvégi CO ₂ alapján, kezelői beavatkozás nélkül (Lélegeztetési módok) (Kérjük megadni! Előny a meglétel Igen: 10pont; Nem: 0 pont)	30
2.5.	Nyomás trigger min. tartomány: -15 – -0,5H ₂ Ocm (Lélegeztetési paraméterek beállítási tartományai) (Kérjük megadni! Előny a meglétel Igen: 10pont; Nem: 0 pont)	5
2.6.	Komplex, grafikus, a beteg állapot kijelző, a lélegeztetőtől való függés grafikus megjelenítésére, ventiláció, CO ₂ elimináció, spontán aktivitás jellemzésére (Monitorozott paraméterek) (Kérjük megadni! Előny a meglétel Igen: 10pont; Nem: 0 pont)	5
2.7.	Beteg aktuális légzési paramétereinek tudószimbólummal való ábrázolása: compliance, légúti ellenállás, légzési frekvencia, spontán aktivitás (Monitorozott paraméterek) (Kérjük megadni! Előny a meglétel Igen: 10pont; Nem: 0 pont)	5

2.1. Csúcsáramlás min. 180 l/perc (Respirátor)- súlyszám: 5

240 l/perc=10 pont;n 180 l/perc= 0 pont

A módszer ismertetése, amellyel az Ajánlatkérő megadja a fenti ponthatárok közötti pontszámot a 2.1. szempont esetében:

A legkedvezőbb (legmagasabb) megajánlás (240 l/perc vagy felette) kapja a maximális pontszámot, a legkedvezőtlenebb megajánlás (180 l/perc vagy alatta) a minimális pontszámot.

Az értékelés során a részszerpont esetében adható **pontszám alsó határa: 0 pont; felső határa: 10 pont**, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték.

Ajánlatkérő a megadott értékek közötti az ajánlati tartalmi elemekre a Közbiztosítási Hatóság 2016. december 21. napján kiadott, a **nyertes Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról** szóló útmutatójának (K.É. 2016. évi 147. szám) szerinti **ponthatárok közötti pontkiosztás módszerével** számolja ki a pontszámokat.

Az Ajánlatkérő által meghatározott két szélső (legkedvezőtlenebb és legkedvezőbb) érték közé eső megajánlás pedig a két szélső értéktől való távolságok arányának megfelelően kerüljön pontozásra

$$P_{\text{vizsgált}} = (A_{\text{vizsgált}} - A_{\text{legkedvezőtlenebb}}) / (A_{\text{legkedvezőbb}} - A_{\text{legkedvezőtlenebb}}) \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}},$$

azaz a legkedvezőtlenebb érték a képletben mind a vizsgált, mind a legkedvezőbb megajánlásból levonásra kerüljön.

Amennyiben valamennyi, vagy több ajánlat ugyanolyan megajánlást tartalmaz, úgy azon részszerpont tekintetében valamennyi azonos ajánlat azonos pontszámot kap.

A fenti módszer alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorításra, Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedesjegyre kerekít.

2.2. Felnőtt és gyermek beteg légzési állapotához (compliance, resistance, trigger aktivitás) – mind kontrolláltan lélegeztetett, mind spontán támogatott beteg esetén – ciklusról ciklusra komplexen igazodó üzemmód, a paraméterek (ciklusindítás, frekvencia, volumen, belégzési nyomás, I:E) automatikus kiszámítása és alkalmazása kezelői beavatkozás nélkül, a lélegeztetés során folyamatosan (Lélegeztetési módok) - súlyszám: 5

Amennyiben a megajánlott berendezés rendelkezik vele (Igen) abban az esetben az ajánlattevő részére ezen értékelési részszerpontra 10 pont kerül kiosztásra;

Amennyiben a megajánlott berendezés nem rendelkezik vele (Nem), abban az esetben az ajánlattevő részére ezen értékelési részszerpontra 0 pont kerül kiosztásra

2.3. Felnőtt és gyermek, kontrollált és spontán légvételének folyamatos PEEP és FiO₂ szabályozása az optimális oxigenizáció érdekében a perifériás pulzushullám és a szaturáció alapján, kezelői beavatkozás nélkül (Lélegeztetési módok) súlyszám: 30

Amennyiben a megajánlott berendezés rendelkezik vele (Igen) abban az esetben az ajánlattevő részére ezen értékelési részszerpontra 10 pont kerül kiosztásra;

Amennyiben a megajánlott berendezés nem rendelkezik vele (Nem), abban az esetben az ajánlattevő részére ezen értékelési részszerpontra 0 pont kerül kiosztásra

2.4. Felnőtt és gyermek, kontrollált és spontán légvételének (nyomás/térfogat és frekvencia) folyamatos (ciklusról ciklusra) szabályozása az optimális ventiláció (CO₂ elimináció) érdekében a kilégzésvégi CO₂ alapján, kezelői beavatkozás nélkül (Lélegeztetési módok) súlyszám: 30

Amennyiben a megajánlott berendezés rendelkezik vele (Igen) abban az esetben az ajánlattevő részére ezen értékelési részszerpontra 10 pont kerül kiosztásra;

Amennyiben a megajánlott berendezés nem rendelkezik vele (Nem), abban az esetben az ajánlattevő részére ezen értékelési részszerpontra 0 pont kerül kiosztásra

2.5. Nyomás trigger min. tartomány: -15 – -0,5H₂Ocm (Lélegeztetési paraméterek beállítási tartományai) súlyszám: 5

Amennyiben a megajánlott berendezés rendelkezik vele (Igen) abban az esetben az ajánlattevő részére ezen értékelési részszerpontra 10 pont kerül kiosztásra;

Amennyiben a megajánlott berendezés nem rendelkezik vele (Nem), abban az esetben az ajánlattevő részére ezen értékelési részszerpontra 0 pont kerül kiosztásra

2.6. Komplex, grafikus, a beteg állapot kijelző, a lélegeztetőtől való függés grafikus megjelenítésére, ventiláció, CO2 elimináció, spontán aktivitás jellemzésére (Monitorozott paraméterek) súlyszám: 5

Amennyiben a megajánlott berendezés rendelkezik vele (Igen) abban az esetben az ajánlattevő részére ezen értékelési részszerpontra 10 pont kerül kiosztásra;

Amennyiben a megajánlott berendezés nem rendelkezik vele (Nem), abban az esetben az ajánlattevő részére ezen értékelési részszerpontra 0 pont kerül kiosztásra

2.7. Beteg aktuális légzési paramétereinek tüdőszimbólummal való ábrázolása: compliance, légúti ellenállás, légzési frekvencia, spontán aktivitás (Monitorozott paraméterek) súlyszám: 5

Amennyiben a megajánlott berendezés rendelkezik vele (Igen) abban az esetben az ajánlattevő részére ezen értékelési részszerpontra 10 pont kerül kiosztásra;

Amennyiben a megajánlott berendezés nem rendelkezik vele (Nem), abban az esetben az ajánlattevő részére ezen értékelési részszerpontra 0 pont kerül kiosztásra

V.2.6) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

Anamed Kft (címe: 1144 Budapest, Kőszeg u. 29., adószám: 10737956-2-42)

Ellenszolgáltatás összege: nettó 29.816.000,- Ft

Indokolás:

Ajánlattevőnek az eljárásban benyújtott ajánlata érvényes, az előírásoknak megfelelően igazolta, hogy nem áll a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt, továbbá hogy az előírt műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelel, a szerződés teljesítésére alkalmas és az előírt értékelési szerpontra (76. § (2) bek. c) pont) figyelemmel Ajánlattevő ajánlata a legkedvezőbb.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: ² -

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele ² ☐ igen ☒ nem

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: -

A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: ² -

V.2.9) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma: -

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek ²

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: -

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában: -

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők ²

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Dräger-Medical Magyarország Kft. (címe: 1135 Budapest Szent László út 95., adószám: 12601134-2-41)

Indokolás:

Ajánlatkérő a 2018. április 9. napján az Ajánlattevőknek megküldött hiánypótlási felhívásában és felvilágosítás kérésében az Ajánlattevőt az ajánlatában talált hiányok pótlására, illetve az ajánlatában található nem egyértelmű nyilatkozat tartalmának tisztázására felvilágosítás adására szólította fel. Ajánlattevő hiánypótlását, felvilágosítását az Ajánlatkérő által meghatározott határidőre (2018.04.13.) nem teljesítette, ezért Ajánlatkérő kizárólag az eredeti ajánlatot vehette figyelembe az ajánlat elbírálása során. Ajánlatkérő az Ajánlattevő ajánlatának elbírálása során megállapította, hogy az Ajánlattevő

- az ajánlat 7-23. oldalán csatolt, kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum III. rész C: FIZETÉSKÉPTELENSÉGGEL, ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGGEL VAGY SZAKMAI KÖTELESSÉGSZEGÉSSSEL KAPCSOLATOS OKOK 3. sorában nem tüntette fel a fenti kizáró okhoz kapcsolódó Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti

adatbázis elérhetőségét (<http://www.e-csejgyezsek.hu/>), valamint a kibocsátó hatóság megnevezését (a Magyar Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat).

- az ajánlat 7-23. oldalán csatolt t egységes európai közbeszerzési dokumentum III. rész C: Fizetési képtelenséggel, összeférhetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok szakaszának 5. sorában nem tüntette fel a kibocsátó hatóság (Gazdasági Versenybivatal) megnevezését.

- hogy az ajánlat 7-23. oldalán csatolt t egységes európai közbeszerzési dokumentum III. rész C: Fizetési képtelenséggel, összeférhetlenséggel vagy szakmai kötelességszegéssel kapcsolatos okok szakaszának 7. sorában nem nyilatkozott.

A szakmai ajánlattal összefüggésben Ajánlatkérő előírta, hogy a megfelelőséget az ajánlott termékre valamennyi előírt funkció és számszerű paraméter ismertetésével kell tanúsítani. Nem elegendő a szakmai ajánlatban az „igen” megjegyzés, azt az ajánlott termék paramétereivel kitöltve kell benyújtani. Ennek ellenére Ajánlattevő

- az ajánlat 31. oldalán az "akkumulátoros üzemmód min 60 perc" paraméterre nem számszerű, hanem csak "Igen" választ adott,

- az ajánlat 31. oldalán a "saját képernyő min 12" átmérő" paraméterre nem számszerű, hanem csak "Igen" választ adott,

- az ajánlat 35. oldalán a "lélegeztetőgép képernyőjén egyidejűleg min 3 valós idejű görbe legyen megjeleníthető" paraméterre nem számszerű, hanem csak "Igen" választ adott,

- Az ajánlat 35. oldalán az "grafikus vagy táblázatos trend min. 48 óra" paraméterre nem számszerű, hanem csak "Igen" választ adott.

Ajánlattevő az Ajánlatkérő felhívásában meghatározott hiányok pótlását nem teljesítette, mely hiányosságokra tekintettel a Dräger-Medical Magyarország Kft. (1135 Budapest Szent László út 95.)

Ajánlattevő ajánlata nem felel meg az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályban meghatározott feltételeknek, ezért ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése: ² -

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk: ²

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdet: 2018/06/12 / Lejárata: 2018/06/21

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2018/06/11

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2018/06/11

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: ²

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja: ² (éééé/hh/nn)

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja: ² (éééé/hh/nn)

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka: ²

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja: ² (éééé/hh/nn)

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja: ² (éééé/hh/nn)

VI.1.10) További információk: ²

¹ szükség szerinti számban ismétlje meg

² adott esetben

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
dr. Várhelyi Katalin
Lajstromszám:00438

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak
és Egyetemi Oktatókórház
Ajánlatkérő képviselőjében
PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
dr. Várhelyi Katalin

